

Composant	Tous les jours	Toutes les semaines	Tous les mois
Masque	Lavez à la main avec du détergent doux*. Rincez soigneusement et laissez sécher. Assurez-vous que les orifices de ventilation sont dégagés (ouverts) avant l'utilisation et procédez à une vérification du débit d'air en début de traitement.		
Coussin du masque	Essuyez à l'aide d'un linge propre et humide et de détergent doux*. Lavez à l'eau tiède et laissez sécher à l'air libre.	<i>Bon à savoir</i> Il n'est pas forcément nécessaire de remplacer le masque dans son intégralité si celui-ci n'adhère pas bien. Vérifiez plutôt si vous pouvez vous contenter de remplacer le coussin du masque.	*Par « détergent doux », on entend un détergent SANS émoullissants ou agents antibactériens.
Harnais	<i>Bon à savoir</i> Votre harnais vous ira mieux et durera plus longtemps si vous évitez d'étirer les bandes tous les matins en ôtant le masque. Défaites les attaches du masque puis retirez le harnais.	Lavez-le à la main à l'aide de détergent doux*, ou placez-le dans une taie d'oreiller et lavez-le à la machine (cycle délicat) en utilisant un détergent doux*.	
Raccords		Retirez les raccords du dispositif et du masque. Lavez le circuit respiratoire à l'eau tiède à l'aide de détergent doux*. Rincez-le soigneusement et suspendez-le pour le faire sécher.	<i>Bon à savoir</i> Si vous suspendez le circuit respiratoire à la lumière directe du soleil, il durcira au fil du temps et risque de finir par se craqueler.
Humidificateur	Vérifiez que le ventilateur-humidificateur Stellar™ 150 est éteint. Soulevez le couvercle pour retirer le réservoir d'eau. Videz l'eau tous les matins et nettoyez le réservoir à l'aide d'eau chaude et de détergent doux*. Utilisez le bouchon de nettoyage jaune pour créer un sceau hermétique et faites circuler l'eau chaude savonneuse à l'intérieur du réservoir. Retirez le bouchon pour rincer le réservoir. Remplissez le réservoir d'eau distillée avant chaque utilisation. Reportez-vous au verso de cette fiche et aux instructions du fabricant pour plus de détails.	Soulevez le couvercle et retirez le réservoir. Essuyez la plaque chauffante et le couvercle de l'humidificateur à l'aide d'un linge humide et de détergent doux. Démontez le réservoir en suivant les instructions du fabricant. Remplissez complètement le bouchon de nettoyage de vinaigre et versez-le dans le réservoir. Versez de l'eau jusqu'à la ligne de remplissage maximum (ratio pour la solution vinaigre-eau : 1:10). Laissez la solution agir pendant 10 minutes. Videz le réservoir et rincez-le à l'eau claire. Si le réservoir est équipé d'une plaque amovible, vous pouvez aussi placer le réservoir dans le panier supérieur du lave-vaisselle et le laver au cycle délicat.	<i>Bon à savoir</i> Pour que la plaque chauffante refroidisse plus vite, de l'air continuera de souffler doucement jusqu'à une heure après la fin du traitement. Vous pouvez débrancher l'appareil de la prise pour arrêter ce flux d'air ² .
Filtre à air	Ne pas laver.	Ne pas laver.	Inspectez mensuellement à la recherche de poussière ou de trous. Remplacez tous les six mois ou plus souvent si nécessaire (numéro de pièce ResMed : 24933).
Appareil	Veillez à débrancher l'appareil lorsque vous nettoyez ses composants!		Essuyez l'extérieur de la machine à l'aide d'un linge humide et de détergent doux*.

Guide de nettoyage hebdomadaire du Stellar™ 150

Photos reproduites avec l'aimable autorisation de ResMed Stellar™ 150 Education Power Point 2012



Étape 4.
Une fois que le réservoir est sec, remplacez-le dans l'humidificateur et rabattez le couvercle de celui-ci. Raccordez l'humidificateur, les tuyaux et le masque.

Remarque : Si le réservoir est muni d'une plaque métallique amovible, vous pouvez placer le réservoir d'eau dans le lave-vaisselle.

Avis de non-responsabilité
Cette information vous est fournie à des fins de formation uniquement, et ne doit à aucun moment être considérée comme pouvant remplacer l'avis professionnel de votre médecin ou d'un autre fournisseur de soins de santé qualifié. Le VEP décline toute responsabilité quant à l'application du contenu du présent document ou quant à l'information susceptible de figurer dans les documents ou les sites Web cités comme références. Ces références sont fournies à des fins d'information uniquement; leur mention ne signifie pas que le VEP promeut les entreprises ou produits cités. Consultez toujours votre médecin et/ou un fournisseur de soins de santé qualifié pour vous renseigner sur les recommandations propres à vos besoins de santé.



640 Cataraqui Woods Drive | Unit 6 | Kingston, Ontario | K7P 2Y5
Tél. : 613-548-6156 | Numéro sans frais en Ontario : 1-800-633-8977 |
Télec. : 613-548-6157
Site Web : www.ontvep.ca



Étape 1.
Soulevez le couvercle de l'humidificateur et ôtez le réservoir d'eau.



Étape 3.
Après avoir ajouté la solution de vinaigre et d'eau, recouvrez du bouchon nettoyant jaune et secouez le réservoir de façon à recouvrir ses parois intérieures.

Étape 2.
Retirez le protecteur anti-éclaboussures du réservoir.



- Références**
1. ResMed Stellar™ 100 Stellar™ 150 Invasive and Non-Invasive Ventilators User Guide
 2. ResMed H4i™ Heated Humidifier User Guide
 3. ResMed H4i™ Cleanable Water Chamber Instructions